生醫所　BSL-1 及 BSL-2 實驗室
緊急關閉時之檢查項目表

實驗室房號：　　檢查人員簽名：

類次	檢查項目	檢查結果	備註
1	建立實驗室同仁聯絡群組		
2	實驗室需有緊急照明或手電筒		
3	食物用冰箱已清空		
4	妥善保存所有危害物品，預防化學物質洩漏及逸散。		
5	確認化學櫃已關閉，櫃門已拉至安全線。		
6	確認重要儀器或冰箱已接緊急電源		
7	停止所有的實驗，收拾並妥善保存所有實驗樣材。		
8	確認實驗室所有不必要之電器設備(如：加熱板、烤箱等)以及電腦設備都已關閉並拔掉插頭。		
9	確保感染性生物材料已妥善保存		
10	液態氮桶已補充填滿		
11	確認 BSC 操作區已清理乾淨		BSL-2
12	確認 BSC 之風扇、UV 燈、抽氣及拉門都已關閉。		BSL-2
13	停止所有培養生物材料之實驗		BSL-2
14	確認培養箱已清空		BSL-2
15	BSL-2 之室內 UV 燈已關閉		BSL-2
16	關閉瓦斯及鋼瓶氣閥		BSL-1 / BSL-2
17	檢查所有鋼瓶是否已固定		BSL-1 / BSL-2

18	遮蔽不可噴灑消毒藥劑的儀器		BSL-1 / BSL-2
19	確認清空生活垃圾、實驗垃圾及滅菌後感染性廢棄物。		BSL-1 / BSL-2
20	離開實驗室前，確認門窗已關閉並上鎖。		BSL-1 / BSL-2

***** 提醒實驗室「定期備份重要研究數據」**

恢復各實驗室運作：

1. 如發現有任何異常，請通知相關單位協助（警衛：9000、總務室：3937、儀器組：9154 、工務組：9101、空調組：3514、安全室：3939)。
2. 檢查各冰箱及相關儀器是否能正常運作。